Имплантат TS IV SA

- Имплантат конусной формы, погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°, поверхность SA
- Для установки в мягкой костной ткани верхней челюсти
- Резьба обеспечивает повышенную начальную стабильность имплантата в мягкой кости
- Крутящий момент: не более 40 Нсм
- Комплектация: имплантат + установочный адаптер + винт-заглушка

ВНИМАНИЕ

- При реставрации одиночного моляра рекомендуется использовать имплантат диаметром более 4.5 мм
- Рекомендуется субкрестальная установка на 1.5–2 мм
- При работе с установочным адаптером рекомендуется ввести имплантат в костное ложе с помощью машинного имплантовода (код ASMES, ASMEL), затем открутить установочный адаптер с помощью ручной отвертки (код AHD12SH, AHD12LH) и завершить имплантацию с помощью ручного имплантовода (GSMFDL, GSRFDL)
- Рекомендуемая скорость введения: ниже 15 об/мин. (Скорость вкручивания имплантата высокая, вследствие большого шага резьбы)



M Мини C Стандарт

⌀ 4.0
Шестигранник 2.5

C

Длина	7	8.5	10	11.5	13
	⌀ 4.45 / ⌀ 1.8				
	BTS4S**4007S**	BTS4S**4008S**	BTS4S**4010S**	BTS4S**4011S**	BTS4S**4013S**

⌀ 4.5
Шестигранник 2.5

C

Длина	7	8.5	10	11.5	13
	⌀ 4.85 / ⌀ 2.0				
	BTS4S**4507S**	BTS4S**4508S**	BTS4S**4510S**	BTS4S**4511S**	BTS4S**4513S**

⌀ 5.0
Шестигранник 2.5

C

Длина	7	8.5	10	11.5	13
	⌀ 5.3 / ⌀ 2.2				
	BTS4S**5007S**	BTS4S**5008S**	BTS4S**5010S**	BTS4S**5011S**	BTS4S**5013S**